URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gdańsk,28.08.2020r.

BZP.271.59.2020.MK

Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania na Dostawę i montaż urządzeń AED w ramach rozbudowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta Gdańska BZP.271.59.2020

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania wpłynęły pytania na które zostały udzielone następujące odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane w pierwszej połowie 2020 roku?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby data produkcji nie była wcześniejsza niż miesiąc czerwiec 2020.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wykreśli lub zmieni wymóg dot. stażu pracy instruktorów wykonujących szkolenia? Posiadany staż pracy w ratownictwie nie przekłada się na jakość i skuteczność szkoleń. Większą wartością są certyfikaty światowych renomowanych instytucji szkolących instruktorów pierwszej pomocy, takie jak np. Emergency First Response, które w zakresie swoich szkoleń wskazują również na aspekty pedagogiczne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni wymogu dot. stażu pracy instruktorów wykonujących szkolenia.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wymaga aby system zdalnego monitorowania wraz z wszystkimi podzespołami i czujnikami posiadał (i zostały Zamawiającemu przedłożone) certyfikaty dopuszczające go do użycia na terenie EU?

Odpowiedź:
Wymóg dopuszczenia do użycia na terenie UE jest obligatoryjny i jest zgodny z obowiązującymi przepisami, nie wymaga zapisów w SIWZ. Produkty muszą być stosownie oznakowane. Zamawiający, w przypadku wątpliwości, może wymagać dostarczenia odpowiednich certyfikatów poświadczających właściwości sprzętu i możliwość stosowania go na terenie UE.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający wymaga, aby szafki były wyposażone w system podgrzewania i chłodzenia, który warunkuje prawidłowe przechowywanie AED?

Odpowiedź:

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.: 58 323 61 29, fax: 58 323 65 29
e-mail: bzp@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl
ISO 9001:2015
ISO 37120:2014

Zgodnie z wymogami SIWZ: ***„Szafka/ kapsuła musi zapewnić poprawne działanie urządzenia przy zewnętrznej temperaturze powietrza od minus 20°C do plus 50°C i być wyposażona w moduł grzewczy”***.
Moduł grzewczy jest obowiązkowy, jeżeli urządzenie wymaga chłodzenia, to Wykonawca musi je dostarczyć tak, aby zapewnić pracę w temperaturze do plus 50°C.

Pytanie 5.
Zwracamy się z prośbą na zasadzie równoważności o dopuszczenie systemu nadzoru, który jest systemem stworzonym przez producenta defibrylatorów, posiada odpowiednie certyfikaty i przesyła informacje o: stanie urządzenia (działa/nie działa), terminie przydatności baterii i elektrod, aktualnej pojemności baterii, aktualnym stanie elektrod, wersji oprogramowania, numeru serii baterii, stanu połączenia z serwerem. Do zarządzania systemem monitorowania służy aplikacja internetowa, która automatycznie wysyła wiadomości e-mail zawierające alerty (przeterminowane elektrody, niski poziom baterii, problem z AED), raporty (wynik auto testów, poziom baterii, stan AED) oraz można w niej odczytać stan poszczególnych parametrów.

Odpowiedź:
Zamawiający opisał w SIWZ wymogi dotyczące systemu nadzoru i monitorowania, ponieważ posiada taki system przy posiadanych już urządzeniach AED i wszystkie urządzenia muszą być monitorowane tak samo i muszą być spięte w jedną sieć.

Pytanie 6.
W celu uniknięcia nieporozumień na etapie oceny ofert prosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty folderu systemu nadzoru oraz oświadczenia producenta (zgodnie z deklaracją zgodności), że zaoferowany system nadzoru jest dedykowany do zaproponowanych defibrylatorów AED. Wg naszej wiedzy, każda nieautoryzowana ingerencja i modyfikacja urządzenia medycznego skutkuje koniecznością ponownej oceny zgodności wyrobu medycznego z dyrektywą 93/42/EWG przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oświadczenia producenta lub autoryzowanego, upoważnionego przez producenta dystrybutora na rynek polski. Oświadczenie w sentencji winno zawierać czytelny zapis, że zastosowane rozwiązanie monitorowania może współpracować z AED bez ryzyka utraty gwarancji oraz wymaganych parametrów użytkowo-technicznych AED. Dla systemu monitorowania jako urządzenia peryferyjnego Zamawiający nie wymaga ponownego procesu certyfikacji urządzenia.

Pytanie 7
Prosimy o sprecyzowanie wymagania dotyczącego daty produkcji urządzenia, gdyż zapis wymagań w OPZ różni się od zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający poprawia omyłkę i zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1, wymaga aby data produkcji nie była wcześniejsza, niż sprzed miesiąca czerwca 2020.

Pytanie 8
"Wymagania techniczne dla urządzeń AED" punkt 10 - Zamawiający słusznie wymaga metronomu i asysty wykonywania RKO "Urządzenie musi posiadać funkcję metronomu oraz co najmniej instrukcję wykonywania ucisków i oddechów zastępczych". Czy metronom i asystent RKO musi uruchamiać się automatycznie po uruchomieniu defibrylatora co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza obsługę AED czy

też dopuszcza się defibrylatory, w których ta funkcja musi być uruchomiona za pomocą przycisku przez obsługującego ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia wymagań SIWZ. Wymagania pozostają bez zmian i Zamawiający nie dopuszcza funkcji manualnej.

Zamawiający doprecyzowuje wymóg dotyczący składania dokumentów na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie **wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dla urządzenia zgodnie z opisem w Rozdziale 1 pkt. 2 specyfikacji**

Ponadto, zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 7.09.2020 r na godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2020 o godz. 13:30.
Miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian

Dyrektor Biura

Marek Komorowski