



Gdańsk, 16.10.2020

BZP.271.59.2020.MK

AEDMAX.PL
Ul. Emaliowa 28E
02-295 Warszawa

Informacja o odrzuceniu oferty

w postępowaniu na „Dostawę i montaż urządzeń AED w ramach rozbudowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwana dalej „Pzp”, odrzuca ofertę Wykonawcy AEDMAX.PL z siedzibą w Warszawie ul. Emaliowa 28E jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał oceny ofert i w dniu 23.09.2020 r. wybrał ofertę Wykonawcy AEDMAX.PL z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejszą w postępowaniu. W dniu 2.10.2020 r. wpłynął do zamawiającego e-mail z informacją, że wybrana oferta nie spełnia wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający poprosił Wykonawcę o ustosunkowanie się do powstałych zarzutów. Wykonawca przystał na wyjaśnienia, które zostały poddane ocenie. Zamawiający po przeanalizowaniu zarzutów oraz uzyskanych wyjaśnień oraz po ponownej ocenie ofert uznał, że zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie AED Philips FRx nie spełnia wymagań zamawiającego postawionych w SIWZ, a mianowicie:

1. W zakresie punktu 4 Wymagań technicznych dla urządzeń AED określonych w SIWZ: Stwierdzono, że urządzenie nie spełnia wymagania obligatoryjnego tj. możliwości ręcznego przełączania komunikatów na język angielski.
2. W zakresie punktu 10 Wymagań technicznych dla urządzeń AED określonych w SIWZ oraz w związku z odpowiedzią udzieloną zamawiającego z dnia 28.08.2020 r., pytanie nr 8, stwierdzono, że w oferowanym urządzeniu metronom i asystent RKO nie uruchamiają się automatycznie po włączeniu defibrylatora.

Tym samym, zachodzą przesłanki odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP

Dyrektor Biura

Marek Komorowski
(podpisano podpisem kwalifikowanym)